



Наконечник "ВОЛЕС"

Інструкція по використанню

Призначення

Наконечники призначені для високоточного дозування та піпетування різних рідин за допомогою автоматичних дозаторів і роботизованих систем.

Опис виробу:

Наконечники являють собою конічні трубочки різного об'єму. Виготовлені з поліпропілену. Сумісні з дозаторами лабораторними для дозування об'ємів 1-10 мл виробництва «Thermo Scientific» серії Лайт та «AHN Biotechnologie GmbH» серії pipet4u

Найменування	Колір	Об'єм	Упаковка
Наконечник "ВОЛЕС" тип Гілсон, універсальний	жовтий	0,5-200 мкл	1000 шт.
Наконечник "ВОЛЕС" тип Гілсон	синій	100-1000 мкл	500 шт.
Наконечник "ВОЛЕС", універсальний	нейтральний	0,5-200 мкл	1000 шт.
Наконечник "ВОЛЕС" тип Еппендорф	жовтий	0,5-200 мкл	1000 шт.
Наконечник "ВОЛЕС" тип Гілсон	білий	10 мкл	1000 шт.
Наконечник "ВОЛЕС" тип Гілсон	жовтий	200 мкл	1000 шт.
Наконечник "ВОЛЕС" тип Гілсон	синій	1000 мкл	500 шт.
Наконечник "ВОЛЕС" тип Еппендорф	білий	1-10 мкл	1000 шт.
Наконечник "ВОЛЕС" тип Еппендорф	жовтий	200 мкл	1000 шт.
Наконечник "ВОЛЕС" тип Еппендорф	синій	1000 мкл	500 шт.
Наконечники "ВОЛЕС" для дозаторів Фінляндія	білий	1-10 мкл	1000 шт.
Наконечники "ВОЛЕС" для дозаторів Фінляндія	білий	200 мкл	1000 шт.
Наконечники "ВОЛЕС" для дозаторів Фінляндія	білий	1000 мкл	500 шт.
Наконечники "ВОЛЕС" для дозаторів Гілсон	білий	5000 мкл	300 шт.
Наконечник з фільтром "ВОЛЕС" тип Гілсон	білий	1-10 мкл	500 шт.
Наконечник з фільтром "ВОЛЕС" тип Гілсон	жовтий	200 мкл	1000 шт.
Наконечник з фільтром "ВОЛЕС" тип Гілсон	білий	200 мкл	1000 шт.
Наконечник з фільтром "ВОЛЕС" тип Гілсон,	синій	1000 мкл	1000 шт.

Протипоказання по використанню:

При використанні виробу за призначенням і в відповідності до даної інструкції, протипоказань і обмежень в використанні не має.

Підготовка до використання:

Виріб повністю готовий до роботи і додаткової підготовки перед використанням не потребує.

Запобіжні заходи:

Не використовувати після терміну придатності або якщо упаковка пошкоджена.

Не використовувати не за призначенням


Використання наконечника:

- Відкрити упаковку, щільно надіти наконечник на дозатор для проведення маніпуляцій.
- Не торкатися наконечника руками.



3. Використати за призначенням.
4. Після використання, утилізуйте згідно встановлених вимог.

Маркування на товарі:



Партія, дата виробництва та термін придатності вказані на упаковці.

Виробник:

Hangzhou Rollmed Co Ltd.

Room No.301-302, Hongpujiezuo Mansion, 186-1 Jiangdong Zhonglu Road, 210019

Nanjing, People's Republic Of China

Ганджоу Ролмед Ко., ЛТД

Рум №301-302, Гонгпуджізо Мансйон, 186-1 Джіянгдон Жонглю роад 210019

Наньїнг, Китай.

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «ЛА МЕД»,

04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 2-Г, корпус 1.

Дата останнього перегляду

09.11.2020

Директор
ТОВ «ЛА МЕД»



Шульга О. Л.